Sistema PleurX: soluciones de drenaje innovadoras para un cuidado compasivo

El sistema PleurX fue diseñado para permitirle controlar su acumulación de fluido en la comodidad de su hogar. Aunque su médico o enfermera le hayan enseñado la forma correcta de usar los artículos del kit de drenaje PleurX, sabemos que es posible que igual tenga algunas dudas.

Este folleto debe proporcionarle las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el uso del kit de drenaje PleurX. Estas preguntas y respuestas también están disponibles en las Instrucciones de uso incluidas con el kit de drenaje PleurX. Si tiene problemas o más preguntas acerca de cómo drenar fluido, consulte las Instrucciones de uso o comuníquese con su médico o enfermera.

También se encuentra disponible información en línea para usted las 24 horas, todos los días de la semana, en carefusion.com/PleurXpatient.

CareFusion
Vernon Hills, IL

carefusion.com

© 2014 CareFusion Corporation o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. PleurX una marca registrada de CareFusion Corporation o una de sus subsidiarias. IS3670 (0614/3000)

Preguntas frecuentes

Procedimiento de drenaje con PleurX®

CareFusion

1. **¿Con qué frecuencia debo drenar líquido de mi tórax o abdomen?**
   Debería realizar el drenaje conforme le indique su médico, habitualmente a diario o cada dos días. Consulte con su médico antes de cambiar la frecuencia con la que realiza el drenaje.

2. **¿Qué debo hacer si después de terminar el drenaje noto dificultad para respirar u otras molestias?**
   Comuníquele a su médico si continúa notando dificultad para respirar o siente molestias. No se debe drenar de una vez más de 1000 mL de líquido del tórax o más de 2000 mL del abdomen.

3. **¿Cómo sabré cuándo se ha de retirar el catéter?**
   Cuando tras tres veces seguidas intente drenar líquido y cada vez drene en la botella menos de 50 mL, deberá consultar a su médico para que le diga si se debe retirar o cambiar el catéter. *(Vea la pregunta siguiente).*

4. **¿Qué significado tiene que el volumen de líquido que dreno va disminuyendo o ya no drena nada de líquido?**
   Si el líquido desaparece de repente, o si la cantidad de drenaje disminuye gradualmente, es posible que el catéter o el tubo drenaje se hayan obstruido. Apriete el catéter y el tubo de drenaje con suavidad. Si el drenaje no comienza, siga las instrucciones para cambiar a otra botella. Si el drenaje no se inicia cuando se utiliza una segunda botella, llame a su médico.

   Si la cantidad de drenaje disminuye gradualmente, puede ser que el líquido se haya secado y puede ser el momento para retirar el catéter. Véase la pregunta "¿Cómo sabré cuándo se ha de retirar el catéter?"

5. **¿Cuánto tiempo permanecerá el catéter en mi tórax o abdomen?**
   El catéter permanecerá hasta que cese el drenaje de líquido. La cantidad de tiempo será variable según cada paciente. La acumulación de líquido no es probable que se detenga en el abdomen, pero si puede detenerse en el tórax. El catéter puede permanecer en su lugar, siempre y cuando usted lo necesite.

6. **¿Qué debo hacer si el color del líquido cambia de su color habitual?**
   Debe comunicar a su médico cualquier cambio en el aspecto del líquido.

7. **¿Puedo ducharme o darme un baño mientras el catéter permanece colocado?**
   Ducha: Usted puede tomar una ducha o un baño de esponja siempre que tenga un apósito autoadhesivo como el que viene en el Pack de procedimiento y esté bien fijo a la piel. El apósito autoadhesivo está diseñado para no dejar pasar el líquido. Asegúrese de que el apósito está completamente y bien sujeto y que el catéter y las compresas de gasa están completamente contenidas por debajo del apósito. Si las gasas se mojan durante la ducha, quite el vendaje de inmediato, limpie y seque la zona y aplique un nuevo vendaje como se indica en la sección "Colocar un apósito nuevo."

   Baño: No permita que el catéter se moje bajo el agua, en una bañera, baño, piscina, etc.

8. **¿Qué ocurre si se saca accidentalmente el catéter PleurX?**
   En el caso improbable de que el catéter se saque o quede expuesto el manguito, cubra la zona de salida con un vendaje estéril y busque atención médica inmediatamente. El catéter PleurX tiene un manguito de poliéster que normalmente debe estar por debajo de la piel de la zona donde se ha introducido el catéter. El manguito y las suturas mantienen al catéter en su sitio.

9. **¿Cómo puedo saber si el catéter se ha infectado?**
   Si cree que el catéter está infectado póngase inmediatamente en contacto con su médico. La presencia de dolor, enrojecimiento *(eritema),* calor al tocar, tumefacción *(edema),* fiebre o líquido alrededor de la zona de salida del catéter, pueden indicar que se ha infectado su catéter. Tras la colocación es esperable algo de molestias y enrojecimiento, pero no deben persistir o empeorar.or worsen.

¿Cuándo debo volver a pedir suministros?
Debe volver a pedir suministros cuando le queden tres kits de drenaje.

¿Cómo vuelvo a pedir suministros?
Comuníquese con Edgepark Medical al 877.307.8033 o en línea en **www.edgepark.com.**