

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF 491336</b> | <b>BD CytoRich Red Preservative</b><br>(červená konzervačná látka)                                   |
| <b>REF 491303</b> | <b>BD PrepStain Non-GYN Test Kit</b><br>(testová súprava na iné ako gynekologické aplikácie)         |
| <b>REF 491304</b> | <b>BD Totalys SlidePrep Non-GYN Test Kit</b><br>(testová súprava na iné ako gynekologické aplikácie) |
| <b>REF 491459</b> | <b>BD Non-GYN Stain Kit</b><br>(súprava na farbenie iných ako gynekologických preparátov)            |

## POUŽITIE

1. **BD CytoRich Red Preservative** (červená konzervačná látka) je určená na uchovávanie buniek a kúskov malého tkaniva v suspenzii.
2. Červená konzervačná látka **BD CytoRich Red Preservative** slúži na prípravu buniek a kúskov malého tkaniva pre cytologické a histologické vyšetrenia.
3. Červená konzervačná látka **BD CytoRich Red Preservative** rozkladá červené krvinky a rozpúšťa proteíny.
4. Uchované vzorky sú kompatibilné s imunohistochemickým farbením a výsledky sú podobné tým, ktoré sa získajú použitím neutrálneho pufrovaného formalínu.

## ZHRNUTIE A VYSVETLENIE

Červená konzervačná látka **BD CytoRich Red Preservative** je hemolytický fixačný roztok na báze alkoholu. Služi na cytológiu a spracovanie malých biopsií. Je balený v plastových nádobách odolných proti pretekaniu. Jeho zložky zahŕňajú alkoholy, formaldehyd a pufre.

Červená konzervačná látka **BD CytoRich Red Preservative** slúži na diagnostickú noncervikovaginálnu cytológiu. V tomto kontexte ide o fixačný roztok pre bunky a malé vzorky tkaniva, ktoré boli získané z ľudského tela vrátane, no nie len, zo sputa, laváží, zoškriabaní, šupín, telesných tekutín, exsudátov a aspirátov tenkou ihlou.

## MECHANIZMY HEMOLÝZY A FIXÁCIE

Červená konzervačná látka **BD CytoRich Red Preservative** rozkladá červené krvinky, zosieťuje rozpustné globulínové proteíny a alkohol fixuje bunky a kúsky malých tkanív. Jeden mililitr červenej konzervačnej látky **BD CytoRich Red Preservative** dokáže rozložiť červené krvinky a stabilizovať rozpustné proteíny z 25–50 µL celej krvi.

1. Membrány červených krviniek sú selektívne emulgované a ďalej rozrušené kombináciou alkoholu a osmolýzy. Červené krvinky zriedkavých jedincov s hemoglobínopatiou sa môžu rozpúšťať pomaly alebo odolávať kompletnému rozkladu. Staršie červené krvinky odolávajú rozkladu.
2. Červená konzervačná látka **BD CytoRich Red Preservative** obsahuje menej ako 1 % formaldehydu. Globulínové proteíny, ktoré sa uvoľňujú z červených krviniek a odoberajú s krvnou plazmou a intersticiálnymi tkanivovými tekutinami, sú zosieťované formaldehydom v roztoku predtým, ako sa denaturujú alkoholmi, čím sa zabráni tvorbe proteínových superagregátov (vyzrážané precipitáty).
3. Iné bunkové membrány pôsobia ako selektívne bariéry, ktoré umožňujú, aby alkoholy prešli do bunkovej plazmy a nukleoplazmy rýchlejšie ako formaldehyd. To spôsobí, že sa bunky zobrazia ako fixované alkoholom.
4. Následne sú medzibunkové spojenia a intracelulárne proteíny zosieťované formaldehydom, čo zodpovedá dlhodobej stabilite buniek a fragmentov tkaniva v suspenzii.

## OBMEDZENIA POSTUPU

1. Červená konzervačná látka **BD CytoRich Red Preservative** sa nepredáva ako fixačný roztok na skrining cervikovaginálnej cytológie.
2. Cytologické vzorky sa majú fixovať pomocou červenej konzervačnej látky **BD CytoRich Red Preservative** čo najskôr po odbere.
3. Vzorka, ktorá sa pred fixáciou poškodila, nebude vhodná na cytologické vyšetrenie.
4. Červená konzervačná látka **BD CytoRich Red Preservative** by sa nemala používať na fixáciu kúskov tkaniva väčších ako 5 milimetrov v priemere.
5. Všetok spotrebný materiál je určený výhradne na jednorazové použitie a nemôže byť použitý opakovane.

## VAROVANIA A UPOZORNENIA

Cytologické vzorky môžu obsahovať infekčné agensy. Používajte vhodné ochranné oblečenie, rukavice a ochranné pomôcky na oči/tvár. Pri manipulácii so vzorkami dodržujte príslušné bezpečnostné upozornenia pre prácu s nebezpečným biologickým materiálom.

Červená konzervačná látka **BD CytoRich Red Preservative** je vodný roztok obsahujúci izopropanol, metanol, etylénglykol a formaldehyd. Nepožívajte.

## Nebezpečenstvo



**H226** Horľavá kvapalina a pary. **H302** Škodlivý po požití. **H319** Spôsobuje vážne podráždenie očí. **H317** Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. **H350** Môže spôsobiť rakovinu. **H371** Môže spôsobiť poškodenie orgánov.

**P210** Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. **P233** Nádobu uchovávať tesne uzavretú. **P240** Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. **P241** Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. **P242** Používajte iba neiskriace prístroje. **P243** Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P264** Po manipulácii starostlivo umyte. **P270** Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. **P272** Je zakázané vynieť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. **P201** Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. **P202** Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. **P281** Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. **P260** Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. **P305+P351+P338** PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **P337+P313** Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. **P303+P361+P353** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. **P333+P313** Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. **P301+P312** PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. **P330** Vypláchnite ústa. **P309+P311** Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. **P321** Odborné ošetrovanie (pozri na etikete). **P363** Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. **P370+P378** V prípade požiaru: Na hasenie použite: CO<sub>2</sub>, prášok alebo rozprašovač vody. **P403** Uchovávať na dobre vetranom mieste. **P235** Uchovávať v chlade. **P405** Uchovávať uzamknuté. **P501** Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými miestnymi alebo štátnymi nariadeniami.

Združené farbivo **BD EA/OG Combo Stain** obsahuje etanol, metanol a kyselinu octovú. Nepožívajte.

## Nebezpečenstvo



**H225** Veľmi horľavá kvapalina a pary. **H312+H332** Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí. **H370** Spôsobuje poškodenie orgánov.

**P210** Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. **P233** Nádobu uchovávať tesne uzavretú. **P240** Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. **P241** Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. **P242** Používajte iba neiskriace prístroje. **P243** Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. **P260** Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. **P264** Po manipulácii starostlivo umyte. **P270** Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. **P271** Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P303+P361+P353** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. **P304+P340** PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. **P312** Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. **P362+P364** Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. **P370+P378** V prípade požiaru: Na hasenie použite: CO<sub>2</sub>, prášok alebo rozprašovač vody. **P403+P235** Uchovávať na dobre vetranom mieste. Uchovávať v chlade. **P405** Uchovávať uzamknuté. **P501** Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými miestnymi alebo štátnymi nariadeniami.

Farbivo **BD Hematoxylin Stain 0,5** obsahuje etylénglykol. Nepožívajte.



**H302** Škodlivý po požití. **H315** Dráždi kožu. **H319** Spôsobuje vážne podráždenie očí. **H335** Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

**P261** Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. **P264** Po manipulácii starostlivo umyte. **P270** Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. **P271** Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P301+P312** PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. **P302+P352** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. **P304+P340** PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. **P305+P351+P338** PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **P330** Vypláchnite ústa. **P332+P313** Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. **P337+P313** Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. **P362** Kontaminovaný odev vyzlečte. **P403+P233** Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. **P405** Uchovávať uzamknuté. **P501** Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými miestnymi alebo štátnymi nariadeniami.

## UPOZORNENIA

1. Na diagnostické použitie *in vitro*.
2. Len na profesionálne použitie.
3. Je potrebné dodržiavať správnu laboratórnu prax.
4. Dávajte pozor, aby ste obsah nerozstrekovali ani nevytvárali aerosóly. Obsluha musí používať vhodné ochranné pomôcky na ruky, oči/tváre a ochranné oblečenie.
5. Nepipetujte ústami.
6. Nepožívajete (obsahuje alkohol iný než etanol a formaldehyd).
7. Použitý spotrebný materiál a produkt zlikvidujte v súlade s predpismi vášho pracoviska a vládnyimi predpismi.

## POTREBNÝ MATERIÁL

**BD CytoRich Red Preservative** (červená konzervačná látka) sa môže používať s **BD PrepStain Slide Processor** alebo **BD Totalys SlidePrep** (zariadenia na spracovanie preparátov) alebo pri manuálnom postupe. Kompletné informácie týkajúce sa farbiacich reagentov, súčastí a príslušenstva nájdete v príručke pre používateľa zariadenia na spracovanie preparátov **BD PrepStain Slide Processor** alebo **BD Totalys SlidePrep**. Nie všetky materiály uvedené nižšie sú vyžadované na manuálnu prípravu preparátov.

### Dodávaný materiál

#### Zloženie

- **BD CytoRich Red Preservative**, 3 600 mL (červená konzervačná látka)

### Materiály predávané samostatne spoločnosťou BD

#### Zloženie

- **BD Non-GYN Stain Kit** (súprava na farbenie iných ako gynekologických preparátov)
  - 1 – **BD Hematoxylin Stain 0.5**, 480 mL (farbivo)
  - 1 – **BD EA/OG Combo Stain**, 480 mL (združené farbivo)

### Prístroje, vybavenie a príslušenstvo

- **BD PrepStain Slide Processor** (zariadenie na spracovávanie preparátov)
- **BD Totalys SlidePrep** (zariadenie na spracovávanie preparátov)
- súprava aspirátora Easy Aspirator
- centrifúga a príslušenstvo
- **BD Centrifuge Tubes** (centrifugačné skúmavky)
- **BD SurePath PreCoat Slides** (preparáty)
- **BD Settling Chambers** (usadzovacie komôrky)
- **BD PrepStain Transfer Tips** (špičky na prenos)
- **BD Totalys Transfer Tips** (špičky na prenos)
- *alternatívna súprava č. 1: **BD PrepStain Non-GYN Test Kit** (testová súprava na iné ako gynekologické aplikácie)*
  - 2x 96 – **BD Centrifuge Tubes** (centrifugačné skúmavky)
  - 2x 96 – **BD SurePath PreCoat Slides** (preparáty)
  - 2x 96 – **BD Settling Chambers** (usadzovacie komôrky)
  - 2x 96 – **BD PrepStain Transfer Tips** (špičky na prenos)
- *alternatívna súprava č. 2: **BD Totalys SlidePrep Non-GYN Test Kit** (testová súprava na iné ako gynekologické aplikácie)*
  - 2x 96 – **BD Centrifuge Tubes** (centrifugačné skúmavky)
  - 2x 96 – **BD SurePath PreCoat Slides** (preparáty)
  - 2x 96 – **BD Settling Chambers** (usadzovacie komôrky)
  - 2x 96 – **BD Totalys Transfer Tips** (špičky na prenos)

### Potrebný materiál, nedodávaný spoločnosťou BD

- nádoba na odber vzoriek
- miešadlo vortexového typu
- automatické pipety s jednorazovými špičkami
- deionizovaná voda (pH 7,5 až 8,5)
- alkohol reagenčného stupňa
- xylén alebo náhrada xylénu
- priľnavá látka
- krycie sklíčka

## USKLADNENIE

1. Uchovávacie limit červenej konzervačnej látky **BD CytoRich** Red Preservative je až 24 mesiacov od dátumu výroby (bez vzoriek pacientov) pri izbovej teplote (15–30 °C).
2. Tekutinu nepoužívajte po dátume expirácie vytlačenom na štítku.
3. Uchovávacie limit pre červenú konzervačnú látku **BD CytoRich** Red Preservative s cytologickou vzorkou má byť stanovený v súlade s vašimi laboratórnymi postupmi.

## VŠEOBECNÁ PRÍPRAVA VZORIEK, POZADIE

1. Nádobu na odber vzoriek pred použitím označte.
2. Jeden mililiter červenej konzervačnej látky **BD CytoRich** Red Preservative dokáže rozpustiť červené krvinky a stabilizovať rozpustné proteíny z 25–50 µL celej krvi. S použitím tohto postupu sa jedna kvapka (50 µL) vodnej bunkovej suspenzie môže vyčistiť od červených krviniek a proteínov a zafixovať sa jedným mililitrom červenej konzervačnej látky **BD CytoRich** Red Preservative.
3. Minimálna doba fixácie je 30 minút.
4. Cytologické preparáty sa musia pripravovať pomocou zariadení na spracovanie preparátov **BD PrepStain** Slide Processor, **BD Totalys** SlidePrep, štandardnými cytocentrifugačnými metódami alebo technikami náteru.
5. Viac informácií týkajúcich sa manipulácie so špecifickými vzorkami a postupe pri odbere vzoriek nájdete v príručke pre negynekologické postupy a protokoly **BD CytoRich**.

## VŠEOBECNÁ PRÍPRAVA VZORIEK, METÓDA

V prípade použitia čerstvých (nefixovaných) vzoriek, postupujte podľa krokov všeobecného postupu 1 až 4.

V prípade použitia fixovaných vzoriek, postupujte podľa krokov všeobecného postupu 1, 3 a 4.

## VŠEOBECNÝ POSTUP

1. Koncentrácia
  - a. Premiešajte, aby sa vzorka homogenizovala v jednoduché inverzii alebo vortexe.
  - b. Vyhodnoťte vzorku a odstráňte zrazeniny, častice a hlien.
    - i. Je dôležité odstrániť všetky viditeľné zrazeniny alebo častice. V opačnom prípade to môže spôsobiť zrazeniny v súboroch vákuových pomocok systémov **BD PrepStain** alebo **BD Totalys** SlidePrep. Filtrácia sa môže uskutočniť nalieváním vzorky cez akékoľvek médium, ako napríklad gáza. Akýkoľvek zachytený materiál sa môže použiť na postupy blokovania buniek.
    - ii. Na homogenizáciu a/alebo emulzifikáciu hlienu postupujte podľa štandardných laboratórných postupov.
  - c. Presuňte alikvotné množstvo (alebo pre vzorky s malým objemom celé množstvo) do 50 mL centrifugačnej skúmavky.
  - d. Odstreďujte 10 minút pri 600 g.
  - e. Zlejte všetku povrchovú tekutinu.
  - f. Vortexujte vzorku aspoň 15 ± 5 sekúnd až do jej homogenizácie.
2. Fixácia
  - a. V závislosti od objemu pelety buniek pridajte dostatočné množstvo červenej konzervačnej látky **BD CytoRich** Red Preservative na pokrytie vzorky v pomere 1:1.
  - b. Vortexujte po dobu 15 ± 5 sekúnd a nechajte usadiť po dobu minimálne 30 minút.
  - c. Odstreďujte 10 minút pri 600 g.
  - d. Zlejte supernatant a vortexujte.
3. Premývanie
  - a. Ak sa neidentifikuje žiadna viditeľná alebo malá peleta, pridajte 6–10 mL pufrovanej deionizovanej vody priamo k 50 mL centrifugačným skúmavkám a vortexujte po dobu 15 ± 5 sekúnd a premiestnite celý obsah do 12 mL skúmavky.
  - b. Ak sa identifikuje stredne veľká až veľká peleta, presuňte reprezentatívnu vzorku (1–5 kvapiek) do 12 mL skúmavky a pridajte 10 mL pufrovanej deionizovanej vody.
  - c. Presuňte 12 mL skúmavku do držiaka na centrifugačné skúmavky a odstreďujte po dobu 5 minút pri 600 g.
  - d. Prelejte a vortexujte vzorku aspoň 15 ± 5 sekúnd až do jej homogenizácie.
    - i. Prelatie by sa malo vykonať jedným rýchlym pohybom tak, že otočíte každý stojan na skúmavky o 180 stupňov, aby sa nerozrušila peleta buniek.
    - ii. Kým je stojan otočený, dôkladne utrite ústie každej zo skúmaviek v stojane savým papierom.
    - iii. Po 3 až 5 sekundách otočte stojan do vzpriamenej polohy.
4. Spracovávanie
  - a. Na spracovanie načítajte označenú 12 mL centrifugačnú skúmavku do zariadenia na spracovanie preparátov **BD PrepStain** Slide Processor alebo **BD Totalys** SlidePrep.
  - b. Viac informácií o spracovávaní iného ako gynekologického preparátu nájdete v príslušnej príručke pre používateľa.

## LITERATÚRA

1. Hansen T, Pedersen H, Brauner V, Hariri J. Control specimens for immunocytochemistry in liquid-based cytology. *Cytopathology*. 2011 Aug;22(4):243-6.
2. Raistrick J, Shambayati B, Dunsmuir W. Collection fluid helps preservation in voided urine cytology. *Cytopathology*. 2008 Apr;19(2):111-7.
3. Gottschall EB, McGinley JN, Spoelstra N, Knott K, Wolfe P, Rose C, Singh M, Thompson HJ. Effect of cytological fixative and environmental conditions on nuclear morphometric characteristics of squamous epithelial cells in sputum. *Cytometry B Clin Cytom*. 2005 Sep;67(1):19-26.
4. Davis-Devine S, Day SJ, Freund GG. New red blood cell lysing fixative for use in fine needle aspiration and fluid cytology. *Acta Cytol*. 2003 Jul-Aug;47(4):630-6.
5. Tao LC, Smith JW. Fine-needle aspiration biopsy using a newly-developed pencil-grip syringe holder. *Diagn Cytopathol*. 1999 Feb;20(2):99-104.
6. Yang GC, Wan LS, Papella J, Waisman J. Compact Cell Blocks. Use for Body Fluids, Fine Needle Aspirations and Endometrial Brush Biopsies. *Acta Cytol* 1998. May-Jun;42(3):703-706.
7. Weidmann J, Chaubal A, Bibbo M. Cellular fixation. A study of CytoRich Red and Cytospin Collection Fluid. *Acta Cytol*. 1997 Jan-Feb;41(1):182-7.

Technický servis: Obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti BD alebo [www.bd.com](http://www.bd.com).



Manufacturer / Производител / Výrobce / Fabrikant / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabricante / Tootja / Fabricant / Proizvođač / Gyártó / Fabbicante / Аткарушы / 제조업체 / Gamintojas / Ražotājs / Tilvirker / Producent / Producător / Производител / Výrobca / Proizvođač / Tilverkare / Üretici / Виробник / 生产厂商



Use by / Използвайте до / Spotfæbutej do / Brug før / Verwendbar bis / Χρήση έως / Usar antes de / Kasutada enne / Date de péremption / 사용 기한 / Upotrijebiti do / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Дейін пайдалануға / Naudokite iki / Izlietot līdz / Houdbaar tot / Brukes for / Stosować do / Prazo de validade / A se utiliza până la / Исползовать до / Použite do / Upotrebiti do / Använd före / Son kullanma tarihi / Використати до/line / 使用截止日期

YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month)  
ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца)  
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca)  
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = slutning af måned)  
JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende)  
EEEE-MM-HH / EEEE-MM (MM = τέλος του μήνα)  
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fin del mes)  
AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp)  
AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois)  
GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj mjeseca)  
ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja)  
AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese)  
ЖЖЖЖ-АА-КК / ЖЖЖЖ-АА / (АА = айдың соңы)  
YYYY-MM-DD/YYYY-MM (MM = 월말)  
MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mēnesio pabaiga)  
GGGG-MM-DD/GGGG-MM (MM = mēneša beigas)  
JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand)  
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = sluttet av måneden)  
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca)  
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês)  
AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârșitul lunii)  
ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = конец месяца)  
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca)  
GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca)  
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = slutet av månaden)  
YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = ayın sonu)  
PPPP-MM-DD / PPPP-MM (MM = кінець місяця)  
YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = 月末)



Catalog number / Каталоген номер / Katalogové číslo / Katalognummer / Αριθμός καταλόγου / Número de catálogo / Katalooginumber / Numéro catalogue / Kataloški broj / Katalógusszám / Numero di catalogo / Каталог номер / 카탈로그 번호 / Katalogo / numeris / Kataloga numurs / Catalogus nummer / Numer katalogowy / Număr de catalog / Номер по каталогу / Katalogové číslo / Kataloški broj / Katalog numarası / Номер за каталогом / 目录号



Authorized Representative in the European Community / Оторизирани представител в Европейската общност / Autorizovaný zástupce pro Evropském společenství / Autoriseret repræsentant i De Europæiske Fællesskaber / Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Représentant autorisé pour la Communauté européenne / Autorizuirani predstavnik u Europskoj uniji / Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben / Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea / Европа қауымдастығындағы уәкілетті өкіл / 유럽 공동체의 위임 대표 / Igalotasis atstovas Europos Bendrijoje / Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā / Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo we Wspólnocie Europejskiej / Representante autorizado na Comunidade Europeia / Reprezentantul autorizat pentru Comunitatea Europeană / Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Autorizovaný zástupce v Európskom spoločenstve / Autorizovano predstavništvo u Evropskoj uniji / Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen / Автура Топлудуғы Yetkili Temsilcisi / Уповноважений представник у країнах ЄС / 欧洲共同体授权代表



In Vitro Diagnostic Medical Device / Медицински уред за диагностика ин витро / Lékařské zařízení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / In vitro diagnostika meditsiiniparatuur / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medicinska pomagala za In Vitro Dijagnostiku / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medical per diagnostica in vitro / Жасанды жағдайда жүзгізетін медициналық диагностика аспабы / In Vitro Diagnostic 의료 기기 / In vitro diagnostikos prietaisai / Medicinai ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā / Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Dispositiv medical pentru diagnostic in vitro / Медицинский прибор для диагностики in vitro / Medicinska pomůcka na diagnostiku in vitro / Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku / Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik / In Vitro Diagnostik Tibbi Cihaz / Медицинский прибор для диагностики in vitro / 体外诊断医疗设备



Temperature limitation / Температурни ограничения / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperaturbegrenzung / Περιορισμοί θερμοκρασίας / Limitación de temperatura / Temperatuuri piirang / Limites de température / Dozvoljena temperatura / Hőmérsékleti határ / Limiti di temperatura / Температураны шектеу / 온도 제한 / Laikymo temperatūra / Temperatūras ierobežojumi / Temperaturlimit / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limites de temperatura / Limite de temperatură / Ограничение температуры / Ohraničenje teploty / Ograničenje temperature / Temperaturgräns / Sicaklık sinirlaması / Обмеження температури / 温度限制



Batch Code (Lot) / Код на партидата / Kód (číslo) šarže / Batch-kode (lot) / Batch-Code (Charge) / Κωδικός παρτίδας (παρτίδα) / Código de lote (lote) / Partii kood / Numéro de lot / Lot (kod) / Tétel száma (Lot) / Codice batch (lotto) / Топтамалық коды / 배치 코드(코트) / Partijos numeris (LOT) / Partijas kods (laidiens) / Lot nummer / Batch-kode (parti) / Kod partii (seria) / Código do lote / Cod de serie (Lot) / Код партии (лот) / Kód série (šarža) / Kod serije / Partinummer (Lot) / Parti Kodu (Lot) / Код партії / 批号 (亚批)



Contains sufficient for <n> tests / Съдържа достатъчно за <n> теста / Dostatečné množství pro <n> testů / Indeholder tilstrækkeligt til <n> tests / Ausreichend für <n> Tests / Περιέχει επαρκή ποσότητα για <n> εξετάσεις / Contenido suficiente para <n> pruebas / Küllaldane <n> testide jaoks / Contenu suffisant pour <n> tests / Sadržaj za <n> testova / <n> teszthez elegendő / Contenido suficiente per <n> test / <n> тесттері үшін жеткінікті / <n> 테스트가 충분히 포함됨 / Pakankamas kiekis atlikti <n> testų / Satur pietiekami <n> pārbaudēm / Inhoud voldoende voor "n" testen / Innholder tilstrekkelig til <n> tester / Zawiera ilość wystarczającą do <n> testów / Conteúdo suficiente para <n> testes / Conținut suficient pentru <n> teste / Достаточно для <n> тестов(а) / Obsah vystačí na <n> testov / Sadržaj dovoljan za <n> testova / Innehåller tillräckligt för <n> analyser / <n> test için yeterli malzeme içerir / Вистачить для аналізів: <n> / 足够进行 <n> 次检测



Consult Instructions for Use / Направете справка в инструкциите за употреба / Prostudujte pokyny k použití / Se brugsanvisningen / Gebrauchsanweisung beachten / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consultar las instrucciones de uso / Lugeda kasutusjuhendit / Consulter la notice d'emploi / Koristi upute za upotrebu / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l'uso / Пайдалану нұсқаулығымен танысып алыңыз / 사용 지침 참고 / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Skatīt lietošanas pamācību / Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja użytkowania / Consultar as instruções de utilização / Consultați instrucțiunile de utilizare / См. руководство по эксплуатации / Pozri Pokyny na používanie / Pogledajte uputstvo za upotrebu / Se brugsanvisningen / Kullanım Talimatları'na başvurun / Див. інструкції з використання / 请参阅使用说明



Do not reuse / Не използвайте отново / Nepoužívejte opakovaně / Ikke til genbrug / Nicht wiederverwenden / Μην επαναχρησιμοποιείτε / No reutilizar / Mitte kasutada korduvalt / Ne pas réutiliser / Ne koristiti ponovo / Egyyszer használatos / Non riutilizzare / Пайдаланбаңыз / 재사용 금지 / Tik vienkartiniam naudojimai / Nelietot atkārtoti / Niet opnieuw gebruiken / Kun til engangsbruk / Nie stosować powtórnie / Não reutilize / Nu refolositi / Не использовать повторно / Nepoužívať opakovane / Ne upotrebljavajte ponovo / Får ej återanvändas / Tekrar kullannayin / Не використовувати повторно / 请勿重复使用



Serial number / Сериен номер / Sériové číslo / Seriennummer / Seriennummer / Σειριακός αριθμός / N° de serie / Seerianumber / Numéro de série / Serijski broj / Sorozatszám / Numero di serie / Топтамалық нөмірі / 일련 번호 / Serijos numeris / Sėrijas numurs / Serie nummer / Numer seryjny / Numéro de série / Număr de serie / Серийный номер / Seri numarası / Номер серії / 序列号

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | For IVD Performance evaluation only / Само за оценка качеството на работа на IVD / Pouze pro vyhodnocení výkonu IVD / Kun til evaluering af IVD ydelse / Nur für IVD-Leistungsbewertungszwecke / Μόνο για αξιολόγηση απόδοσης IVD / Sólo para la evaluación del rendimiento en diagnóstico in vitro / Ainult IVD seadme hindamiseks / Réserve à l'évaluation des performances IVD / Samo u znanstvene svrhe za In Vitro Dijagnostiku / Kizárolag in vitro diagnosztikához / Solo per valutazione delle prestazioni IVD / Жасанды жагдайда «пробирка ішінде» диагностикада тек жұмысты баралау үшін / IVD 성능 평가에 대해서만 사용 / Tik IVD prietaisų veikimo charakteristikoms tikrinti / Vienīgi IVD darbības novērtēšanai / Uitsluitend voor doeltreffendheidsonderzoek / Kun for evaluering av IVD-ytelse / Tylko do oceny wydajności IVD / Uso exclusivo para avaliação de IVD / Numai pentru evaluarea performanței IVD / Только для оценки качества диагностики in vitro / Určené iba na diagnostiku in vitro / Samo za procenu učinku u in vitro dijagnostici / Endast för utvärdering av diagnostisk användning in vitro / Yalnızca IVD Performans değerlendirilmesi için / Тільки для оцінювання якості діагностики in vitro / 仅限 IVD 性能评估 |
|    | Lower limit of temperature / Долен лимит на температурата / Dolní hranice teploty / Nedre temperaturgrænse / Temperaturuntergrenze / Κατώτερο όριο θερμοκρασίας / Limite inferior de temperatura / Alumine temperatuuripiir / Limite inférieure de température / Najniža dozvoljena temperatura / Alsó hőmérsékleti határ / Limite inferiore di temperatura / Температураның төменгі рұқсат шегі / 하한 온도 / Žemiausia laikymo temperatūra / Temperatūras zemākā robeža / Laagste temperatuurlimiet / Nedre temperaturgrense / Dolna granica temperatury / Limite minimo de temperatura / Limită minimă de temperatură / Нижний предел температуры / Spodná hranica teploty / Donja granica temperature / Nedre temperaturgräns / Sıcaklık alt sınırı / Мінімальна температура / 温度下限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTROL</b>                                                                      | Control / Контролно / Kontrola / Kontrol / Kontrolle / Μάρτυρας / Kontroll / Contrôle / Controllo / Бақылау / 컨트롤 / Kontrolé / Kontrolle / Controle / Controllo / Контроль / kontroll / Контроль / 对照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTROL +</b>                                                                    | Positive control / Положительный контроль / Pozitívni kontrola / Pozitiv kontrol / Positive Kontrolle / Θετικός μάρτυρας / Control positivo / Positiivne kontroll / Contrôle positif / Pozitívna kontrola / Pozitív kontroll / Controllo positivo / Оң бақылау / 양성 컨트롤 / Teigiama kontrolė / Pozitívna kontrola / Positieve controle / Kontrola dodatnia / Controllo positivo / Control pozitiv / Положительный контроль / Pozitif kontrol / Позитивный контроль / 阳性对照试剂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONTROL -</b>                                                                    | Negative control / Отрицательный контроль / Negatívni kontrola / Negativ kontrol / Negative Kontrolle / Αρνητικός μάρτυρας / Control negativo / Negatiivne kontroll / Contrôle négatif / Negatívna kontrola / Negatív kontroll / Controllo negativo / Негативтік бақылау / 음성 컨트롤 / Neigiama kontrolė / Negatívna kontrola / Negatieve controle / Kontrola ujemna / Controllo negativo / Control negativ / Отрицательный контроль / Negatif kontrol / Негативный контроль / 阴性对照试剂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STERILE EO</b>                                                                   | Method of sterilization: ethylene oxide / Метод на стерилизация: этиленов оксид / Způsob sterilizace: ethylenoxid / Steriliseringmetode: ethylenoxid / Sterilisationsmethode: Ethylenoxid / Μέθοδος αποστείρωσης: αιθυλενοξείδιο / Método de esterilización: óxido de etileno / Steriliseerimismeetod: etüleenooksiid / Méthode de stérilisation : oxyde d'éthylène / Metoda sterilizacije: etilen oksid / Sterilizálás módszere: etilén-oxid / Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene / Sterilizavimo būdas: radiacija / Sterilizēšanas metode: apstarošana / Gesteriliseerd met behulp van ethyleenoxide / Steriliseringmetode: etylenoksid / Metoda sterylizacji: tlenek etylu / Método de esterilização: óxido de etileno / Metodă de sterilizare: oxid de etilenă / Metod sterilizacji: etilenoxyd / Metoda sterilizacije: etilenoxid / Metoda sterilizacije: etilen oksid / Steriliseringsmetod: etenoxid / Sterilizasyon yöntemi: etilen oksit / Метод стерилизації: етиленоксидом / 灭菌方法: 环氧乙烷                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>STERILE R</b>                                                                    | Method of sterilization: irradiation / Метод на стерилизация: ирадиация / Způsob sterilizace: záření / Steriliseringmetode: bestråling / Sterilisationsmethode: Bestrahlung / Μέθοδος αποστείρωσης: ακτινοβολία / Método de esterilización: irradiación / Steriliseringmetode: kiirgus / Méthode de stérilisation : irradiation / Metoda sterilizacije: zračenje / Sterilizálás módszere: besugárzás / Metodo di sterilizzazione: irradiazione / Стерилизация әдісі – сәуле тисы / 소독 방법: 방사 / Sterilizavimo būdas: radiacija / Sterilizēšanas metode: apstarošana / Gesteriliseerd met behulp van bestraling / Steriliseringmetode: bestråling / Metoda sterylizacji: napromienianie / Método de esterilização: irradiação / Metodă de sterilizare: iradiere / Метод стерилизации: облучение / Metoda sterilizacije: ožiarovanie / Metoda sterilizacije: ozračevanje / Steriliseringsmetod: strålning / Sterilizasyon yöntemi: ırradyasyon / Метод стерилизації: опромінення / 灭菌方法: 辐射                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Biological Risks / Биологични рискове / Biologická rizika / Biologisk fare / Biogefährdung / Βιολογικοί κίνδυνοι / Riesgos biológicos / Biologilised riskid / Risques biologiques / Biološki rizik / Biológiai veszélyes / Rischio biologico / Биологиялык төүөкөлдөр / 생물학적 위험 / Biologinis pavojus / Biologiskie riski / Biologisch risico / Biologisk risk / Zagrożenia biologiczne / Perigo biológico / Riscuri biologice / Биологическая опасность / Biologické riziko / Biološki rizici / Biologisk risk / Biyolojik Riskler / Біологічна небезпека / 生物学风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Caution, consult accompanying documents / Внимание, направьте справка в придружаващите документи / Pozor! Prostudujte si příloženou dokumentaci! / Forsigtig, se ledsagende dokumenter / Achtung, Begleitdokumente beachten / Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα / Precución, consultar la documentación adjunta / Ettevaatus! Lugeka kaasnevat dokumentatsiooni / Attention, consulter les documents joints / Urozorenje, koristi prateću dokumentaciju / Figyelem! Olvassa el a mellékelt tájékoztatót / Attenzione: consultare la documentazione allegata / Абайлаңыз, тиісті құжаттармен танысыңыз / 주의, 동봉된 설명서 참조 / Dmesio, žiūrėkite pridėdamus dokumentus / Piesardzība, skatīt pavaddokumentus / Voorzichtig, raadpleeg bijgevoegde documenten / Forsiktig, se vedlagt dokumentasjon / Należy zapoznać się z dołączonymi dokumentami / Cuidado, consulte a documentação fornecida / Atenție, consultați documentele însoțitoare / Внимание: см. прилагаемую документацию / Výstraha, pozri sprievodné dokumenty / Pažnja! Pogledajte priložena dokumenta / Obs! Se medföljande dokumentation / Dikkat, birlikte verilen belgelere başvurun / Увага: див. супутню документацию / 小心, 请参阅附带文档                           |
|  | Upper limit of temperature / Горен лимит на температурата / Horní hranice teploty / Øvre temperaturgrænse / Temperaturobergrenze / Ανώτερο όριο θερμοκρασίας / Limite superior de temperatura / Ülemine temperatuuripiir / Limite supérieure de température / Gornja dozvoljena temperatura / Felső hőmérsékleti határ / Limite superiore di temperatura / Температураның рұқсат етілген жоғарғы шегі / 상한 온도 / Aukščiausia laikymo temperatūra / Augšējā temperatūras robeža / Hoogste temperatuurlimiet / Øvre temperaturgrense / Gorna granica temperatury / Limite máximo de temperatura / Limită maximă de temperatură / Верхний предел температуры / Horná hranica teploty / Gornja granica temperature / Øvre temperaturgräns / Sıcaklık üst sınırı / Максимальна температура / 温度上限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Keep dry / Пазете сухо / Skladujte v suchém prostredí / Opbevars tørt / Trocklagern / Φυλάξτε το στεγνό / Mantener seco / Hoida kuivas / Conserver au sec / Držati na suhom / Száraz helyen tartandó / Tenere all'asciutto / Құрғақ күйінде ұста / 건조 상태 유지 / Laikykite sausiai / Uzglabāt sausu / Droog houden / Hoides tørt / Przechowywać w stanie suchym / Manter seco / A se feri de umezeală / Не допускать попадания влаги / Uchovávaťe v suchu / Držite na suvom mestu / Förvaras torrt / Kuru bir şekilde muhafaza edin / Берегти від вологи / 请保持干燥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Collection time / Време на събиране / Čas odběru / Opsamlingsstidspunkt / Entnahmeuhrzeit / Ώρα συλλογής / Hora de recogida / Kogumisaeg / Heure de prélèvement / Sati prikupljanja / Mintavétel időpontja / Ora di raccolta / Жинау уакыты / 수집 시간 / Paėmimo laikas / Savākšanas laiks / Verzameltijd / Tid prøvetaking / Godzina pobrania / Hora de colheita / Ora colectării / Время сбора / Doba odboru / Vreme prikupljanja / Uppsamlingsstid / Toplama zamanı / Час забору / 采集时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Peel / Обелете / Otevřete zde / Åbn / Abziehen / Αποκολλήστε / Desprender / Koorida / Décoller / Otvoriti skini / Húzza le / Staccare / Ўстиғи қабатын алып таста / 벗기기 / Plėšti čia / Attimēt / Schillen / Trek av / Oderwać / Destacar / Se deslizept / Отклеить / Odtrhnite / Oljušiti / Dra isår / Ayırma / Vidklepiti / 撕下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Perforation / Перфорация / Perforace / Perforering / Διάρτρηση / Perforación / Perforatsioon / Perforacija / Perforálás / Perforazione / Тесик тесу / 결취선 / Perforacija / Perforatie / Perforacia / Perforacja / Perforação / Perforare / Перфорация / Perforácia / Perforasyon / Перфорация / 穿孔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Do not use if package damaged / Не използвайте, ако опаковката е повредена / Nepoužívejte, je-li obal poškozený / Må ikke anvendes hvis emballagen er beskadiget / Inhal beschädigter Packungnicht verwenden / Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά. / No usar si el paquete está dañado / Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud / Ne pas l'utiliser si l'emballage est endommagé / Ne koristiti ako je oštećeno pakiranje / Ne használja, ha a csomagolás sérült / Non usare se la confezione è danneggiata / Ereп пакег бузылган болса, пайдаланба / 패키지가 손상된 경우 사용 금지 / Jei pakuotė pažeista, nenaudoti / Nelietot, ja iepakojums bojāts / Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is / Må ikke brukes hvis pakke er skadet / Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone / Não usar se a embalagem estiver danificada / A nu se folosi dacă pachetul este deteriorat / Не использовать при повреждении упаковки / Nepoužívaťe, je-li obal poškodený / Ne koristite ako je pakovanje oštećeno / Använd ej om förpackningen är skadad / Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın / Не використовувати за пошкодженої упаковки / 如果包装破损, 请勿使用                                                                      |
|  | Keep away from heat / Пазете от топлина / Nevystavujte příměnému teplu / Må ikke udsættes for varme / Vor Wärme schützen / Κρατήστε το μακριά από τη θερμότητα / Mantener alejado de fuentes de calor / Hoida eemal valgusest / Protéger de la chaleur / Držati dalje od izvora topline / Óvja a melegdől / Tenere lontano dal calore / Сақпын жерде сақта / 열을 피해야 함 / Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / Sargat no karstuma / Beschermen tegen warmte / Må ikke utsettes for varme / Przechowywać z dala od źródeł ciepła / Manter ao abrigo do calor / A se feri de căldură / Не нагревать / Uchovávaťe mimo zdroja tepla / Držite dalje od toplote / Får ej utsättas för värme / Isıdan uzak tutun / Берегти від дії тепла / 请远离热源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Cut / Срежете / Odstřihněte / Klip / Schneiden / Κόψτε / Cortar / Lõigata / Découper / Rezi / Vája ki / Tagliare / Keciğiz / 잘라내기 / Kirpti / Nogriez / Knippen / Kutt / Odciąć / Cortar / Decupați / Отрезать / Odstrihnite / Iseci / Klipp / Kesme / Pozpizati / 剪下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Collection date / Дата на събиране / Datum odběru / Opsamlingsdato / Entnahmedatum / Ημερομηνία συλλογής / Fecha de recogida / Kogumiskuurpäev / Date de prélèvement / Dani prikupljanja / Mintavétel dátuma / Data di raccolta / Жинаған тізбекүні / 수집 날짜 / Paemimo data / Savākšanas datums / Verzameldatum / Dato pravekting / Data pobrania / Data de colheita / Data colectării / Дата сбора / Dátum odberu / Datum prikupljanja / Uppsamlingsdatum / Toplama tarihi / Дата забору / 采集日期



µL/test / µL/тест / µL/Test / µL/εξέταση / µL/prueba / µL/teszt / µL/테스트 / мкл/тест / µL/tyrimas / µL/pārbaude / µL/teste / мкл/анализ / µL/检测



Keep away from light / Пазете от светлина / Nevystavujte světlu / Må ikke udsættes for lys / Vor Licht schützen / Κρατήστε το μακριά από το φως / Mantener alejado de la luz / Hoida eemal valgusest / Conserver à l'abri de la lumière / Držati dalje od svetla / Fény nem érheti / Tenere al riparo dalla luce / Қараңғыланған жерде ұста / 빛을 피해야 함 / Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / Sargāt no gaismas / Niet blootstellen aan zonlicht / Må ikke utsettes for lys / Przechowywać z dala od źródła światła / Manter ao abrigo da luz / Feriți de lumină / Хранить в темноте / Uchovávať mimo dosahu svetla / Držite dalje od svetlosti / Får ej utsättas för ljus / Işıktan uzak tutun / Берегти від дії світла / 请远离光线



Hydrogen gas generated / Образован е водород газ / Možnost úniku plyného vodíku / Frembringer hydrogengas / Wasserstoffgas erzeugt / Δημιουργία αερίου υδρογόνου / Producción de gas de hidrógeno / Vesinikgaasi tekitatud / Produit de l'hydrogène gazeux / Sadrží hydrogen vodik / Hidrogén gázt fejleszt / Produzione di gas idrogeno / Газтекес сутегі пайда болды / 수소 가스 생성됨 / Išskiria vandenilio dujas / Rodas ūdenradis / Waterstofgas gegenereerd / Hydrogengass generert / Powoduje powstawanie wodoru / Produção de gás de hidrogénio / Generare gaz de hidrogen / Выделение водорода / Vyrobené použitím vodíka / Oslobađa se vodonik / Genererad vätegas / Açığa çıkan hidrojen gazı / Реакція з виділенням водню / 会产生氢气



Patient ID number / ИД номер на пациента / ID pacienta / Patientens ID-nummer / Patienten-ID / Αριθμός αναγνώρισης ασθενούς / Número de ID del paciente / Patsiendi ID / No d'identification du patient / Identifikacijski broj pacijenta / Beteg azonosító száma / Numero ID paziente / Пациенттің идентификациялық нөмірі / 환자 ID 번호 / Paciento identifikavimo numeris / Pacienta ID numurs / Identificatienummer van de patiënt / Pasientens ID-nummer / Numer ID pacienta / Número da ID do doente / Număr ID pacient / Идентификационный номер пациента / Identifikačné číslo pacienta / ID broj pacijenta / Patientnummer / Hasta kimlik numarası / Идентификатор пациента / 患者标识号



Fragile, Handle with Care / Чупливо, Роботете с необходимото внимание. / Křehké. Při manipulaci postupujte opatrně. / Forsiktig, kan gå i stykker. / Zerbrechlich, vorsichtig handhaben. / Εύθραστο. Χειριστείτε το με προσοχή. / Frágil. Manipular con cuidado. / Óm, kásítsege ettevaatlíkkult. / Fragile. Manipuler avec précaution. / Lomljivo, rukujte pažljivo. / Törékeny! Óvatosan kezelendő. / Fragile, maneggiare con cura. / Сынғыш, абайлап пайдаланыңыз. / 조심 깨지기 쉬운 처리 / Trapu, elkites atsargiai. / Trausls; rūkotiis uzmanīgi / Breekbaar, voorzichtig behandelen. / Ømtålig, håndter forsigtig. / Krucha zawartość, przenosić ostrożnie. / Frágil, Manuseie com Cuidado. / Frágil, manipulați cu atenție. / Хрупкое! Обращаться с осторожностью. / Křehké, vyžaduje sa opatrná manipulácia. / Lomljivo - rukujte pažljivo. / Bräckligt. Hantera försiktigt. / Kolay Kırılır, Dikkatli Taşıyın. / Тендітна, звертатися з обережністю / 易碎，小心轻放



Becton, Dickinson and Company  
7 Loveton Circle  
Sparks, MD 21152 USA



Benex Limited  
Pottery Road, Dun Laoghaire  
Co. Dublin, Ireland

#### Australian Sponsor:

Becton Dickinson Pty Ltd.  
4 Research Park Drive  
Macquarie University Research Park  
North Ryde, NSW 2113  
Australia